

**NovaEnerg**

*Your new energy*

**PŘENOSNÉ  
ANALYZÁTORY BIOPLYNU  
PRO VAŠÍ BIOPLYNOVOU STANICI**



# STANOVENÍ KONCENTRACE SULFANU

## ANALYZÁTOR NOVA.IGD GA-901

- ▶ Samonasávací, se vzorkovačem (1,2 m)
- ▶ IP66, 2,4" LCD displej, 4000 mA LiON dobíjecí baterie
- ▶ Paměť na 30 800 hodnot, USB kabel export do PC/Excel
- ▶ Detektor H<sub>2</sub>S, 0 - 2 000 ppm, přesnost 1 ppm (volitelně možnost vyššího rozsahu)
- ▶ Velikost 180 × 88 × 55 mm (d × š × v); 0,35 kg
- ▶ Odolný kufr Explorer Case



**Naše přenosné analyzátory lze rovněž individuálně konfigurovat a vybavit i dalšími nebo jinými senzory, dle Vašich požadavků. Uživatelé mohou volně kombinovat různé senzory; senzory teploty, vlhkosti a jiné typy senzorů, které jsou dostupné.**

- ▶ Série GA-901: detekce 1 druhu plynu
- ▶ Série GA-1000: simultánní detekce 1 až 5 druhů plynu
- ▶ Při individuální konfiguraci přístroje cena závisí na počtu a typu použitých senzorů.

|                    |                                                                          |                                 |                                                                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| PM2.5              | 0-999 µg/m <sup>3</sup> , 99999999 PC/L                                  | CH <sub>2</sub> O               | 0-10, 20, 50, 100, 500, 1 000 ppm                               |
| He                 | 0-10 %, 50 %, 100 % Vol                                                  | CH <sub>4</sub>                 | 0-20 %, 50 %, 100 % Vol                                         |
| CH <sub>3</sub> Br | 0-1 %, 10 %, 50 %, 100 % Vol                                             | O <sub>3</sub>                  | 0-1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1 000, 10 000, 30 000, ppm     |
| Ar                 | 0-10 %, 50 %, 100 % Vol                                                  | NO                              | 0-50, 100, 250, 500, 1 000, 2 000, 5 000 ppm                    |
| VOC                | 0-10, 20, 50, 100, 200, 300, 500, 1 000, 2 000, 5 000, 6 000, 10 000 ppm | NO <sub>2</sub>                 | 0-20, 50, 100, 500, 1 000, 2 000 ppm                            |
| EX                 | 0-100 % LEL                                                              | SO <sub>2</sub>                 | 0-10, 20, 50, 100, 500, 1 000, 2 000, 5 000, 10 000, 40 000 ppm |
| CO                 | 0-100, 500, 1 000, 2 000, 5 000, 10 000, 40 000 ppm ; 0-10, 100 % Vol    | PH <sub>3</sub>                 | 0-5, 20, 50, 100, 500, 1 000, 2 000 ppm                         |
| CO <sub>2</sub>    | 0-1 000, 2 000, 5 000, 10 000, 50 000 ppm; 0-10, 20, 50, 100 % Vol       | HCN                             | 0-30, 50, 100, 500, 1 000 ppm                                   |
| H <sub>2</sub> S   | 0-10, 50, 100, 500, 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 ppm                      | HF                              | 0-10, 20, 50 ppm                                                |
| N <sub>2</sub>     | 0-100 % Vol                                                              | C <sub>2</sub> H <sub>2</sub>   | 0-1, 2 % Vol; 0-100, 500, 1 000, 2 000 ppm                      |
| O <sub>2</sub>     | 0-1 000, 2 000, 5 000, 10 000, 30 000 ppm; 0-5, 25, 30, 100 % Vol        | CS <sub>2</sub>                 | 0-50, 100, 500, 1 000, 5 000 ppm                                |
| NH <sub>3</sub>    | 0-50, 100, 500, 1 000, 5 000 ppm                                         | C <sub>2</sub> H <sub>6</sub>   | 0-50, 100, 200, 500, 1 000, 2 000 ppm                           |
| Cl <sub>2</sub>    | 0-10, 20, 50, 100, 200, 500, 1 000, 2 000, 5 000 ppm                     | C <sub>2</sub> H <sub>6</sub> O | 0-1, 5 % Vol                                                    |
| H <sub>2</sub>     | 0-500, 1 000, 5 000, 20 000, 40 000 ppm; 0-10 %, 50 %, 100 % Vol         | H <sub>2</sub> O <sub>2</sub>   | 0-50, 100, 500, 1 000 ppm                                       |

# KOMPLEXNÍ ANALÝZA BIOPLYNU

## **ANALYZÁTOR NOVA.IGD GA-1000**

- ▶ Samonasávací, se vzorkovačem (1,2 m)
- ▶ IP66, 3,5" LCD displej, 4000 mAh LiION dobíjecí baterie
- ▶ Paměť na 30 800 hodnot, USB kabel export do PC/Excel
- ▶ Detektor  $\text{H}_2\text{S}$ , 0 - 2 000 ppm, přesnost 1 ppm
- ▶ Detektor  $\text{CH}_4$ , 0 - 100 %, přesnost 0,01 %
- ▶ Detektor  $\text{CO}_2$ , 0 - 100 %, přesnost 0,01 %
- ▶ Detektor  $\text{O}_2$ , 0 - 30 %, přesnost 0,01 %
- ▶ Velikost 255 × 80 × 60 mm (d × š × v); 0,5 kg
- ▶ Odolný kufr Explorer Case



# NovaEnergo

*Your new energy*

## NovaEnergo s.r.o.

nám. 14. října 1307/2

CZ-15000, Praha 5

tel.: +420 257 325 117

fax: +420 226 013 088

gsm: +420 777 208 020

e-mail: [info@novaenergo.cz](mailto:info@novaenergo.cz)

IČ: 28501152

DIČ: CZ28501152

NovaEnergo s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146201. NovaEnergo s.r.o. je plátcem daně z přidané hodnoty (DPH) registrovaným u Finančního úřadu v Praze 5.

### Vyloučení odpovědnosti

Společnost NovaEnergo s.r.o. usiluje o správnost uvedených informací a vždy se pečlivě snaží ověřit, zda jsou všechny uvedené informace přesné a aktuální. Společnost NovaEnergo s.r.o. neposkytuje žádnou záruku přesnosti, spolehlivosti či úplnosti informací. Tato publikace je distribuována bez záruky jakéhokoli druhu, ať výslovně nebo implicitně uvedené. V žádném případě společnost NovaEnergo s.r.o. neodpovídá za případné škody vzniklé čtenářovou interpretací těchto materiálů. Čtenář je výhradně zodpovědný za výklad a využití uvedeného materiálu. Obsah tohoto dokumentu může být změněn bez předchozího upozornění. Obrátte se na nás pro více informací. Všechny ochranné známky uvedené v této brožuře jsou ochranné známky společností NovaEnergo s.r.o. a jejích partnerů v České republice a dalších zemích.

Všeobecné obchodní podmínky prodeje aditiv NovaEnergo s.r.o. se vztahují na a jsou součástí všech našich nabídek, smluv, dodávek, prodeje, a všech ostatních jednání. Použitelnost jiných podmínek je výslovně zamítnuta a nahrazena našimi Všeobecnými obchodními podmínkami prodeje. Aktuální verzi našich Všeobecných obchodních podmínek prodeje Vám zašleme na Vaši žádost.

[www.novaenergo.cz](http://www.novaenergo.cz)